

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: **MERCATOR MEDICAL S.A.**  
UL. H.MODRZEJEWSKIEJ 30  
31-327 KRAKÓW, POLSKA

Deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niesterylne rękawice diagnostyczne i ochronne:

Nazwa produktu	Opis produktu	Rozmiar	Nr referencyjne
<b>MERCATOR hybrid +</b>	syntetyczne winylowe, bezpudrowe, w kolorze niebieskim, do jednorazowego użytku	S (7) - XL (10)	a'100 RD20259002-05_0991
	syntetyczne winylowe, bezpudrowe, w kolorze fioletowym, do jednorazowego użytku	S (7) - XL (10)	a'100 RD20262002-05_0991
	syntetyczne winylowe, bezpudrowe, w kolorze czarnym, do jednorazowego użytku	S (7) - XL (10)	a'100 RD20263002-05_0991
<b>Basic UDI-DI: 5906615 RD NS V PF AL</b>			

spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Wyżej wymienione produkty zaklasyfikowane są jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz są zgodne z europejskimi normami: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008+A1:2013.

Wyżej opisane produkty zaklasyfikowane zostały również jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz europejskimi normami: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Wyżej opisane produkty są identyczne ze Środkiem Ochrony Indywidualnej, który jest przedmiotem badania typu UE (Moduł B) oraz certyfikatu badania typu UE o nr 2777/15276-01/E02-01 wydany przez jednostkę notyfikowaną:

### **Satra Technology Europe Limited (2777)**

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irlandia

oraz podlegają procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (Moduł C2), pod nadzorem jednostki notyfikowanej:

### **Satra Technology Europe Limited (2777)**

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irlandia

Data i miejsce wydania:  
15.03.2021, Kraków

Podpis w imieniu Wytwórcy:



Wojciech Hercka  
Kierownik Dokumentacji Produktowej

**MERCATOR MEDICAL S.A.**  
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków  
tel. 12 66 55 400, fax 12 66 55 415  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000036244  
Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 10.589.100 PLN  
NIP: 677-10-36-424, REGON: 350967107  
Numer BDO: 000056063  
-6-